

**Uczestnicy**  
**postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego**  
**na**  
**Dostawę dwóch sztuk aparatów kardiologicznych**

**Pytanie 1**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog o wymiarach:

- szerokość: 326mm,
- długość: 276mm,
- wysokość: 96mm

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog o wadze 2,8kg?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog wyposażony w ekran o przekątnej 7", niedotykowy?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog wyposażony w drukarkę termiczną o rozmiarze papieru 150mm, z dostępnymi prędkościami wydruku: 1, 2, 3 cm/min w czasie rzeczywistym, oraz funkcją drukowania trendów z prędkością 10cm/min?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 5.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog przetwornikiem ultradźwiękowym o częstotliwości 0,985Mhz i natężeniu < 10mW/cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 6.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiolog – 2szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiolog bez funkcji automatycznej analizy KTG?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 7.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiotokograf – 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiotokograf z funkcją zapamiętywania do 450godz. badań w postaci trendów?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 8.**

**Dotyczy pakietu 1. Kardiotokograf – 2szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiotokograf z intuicyjnym menu w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Nie

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
  
Łukasz Szafranski