

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego
na
Dostawę masek chirurgicznych

Pytanie 1.

W związku z pojawieniem się na rynku masek importowanych z Azji, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej raportu z badań na zgodność z normą PN-EN 14683:2019+AC przeprowadzonych przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą (np. CIOP)? Wskazana norma definiuje typy maseczek oraz określa wysokość procentową parametru skuteczności filtracji bakteryjnej, tj. BFE, które decyduje o obszarze stosowania produktu.

Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 (typ II lub IIR maseczki) gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie asortymentu, który w sposób odpowiedni zapewni bezpieczeństwo i ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych.

W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę Zamawiający winien wymagać rozwiązań spełniających wymagania normatywne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Z poważaniem


Dyrektor SP ZOZ Proszowice
Lukasz Szafranski