

**Uczestnicy**  
**postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego**  
**na**  
**Dzierżawę 29 szt. koncentratorów tlenu**

**Pytanie 1**

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów co 6 miesięcy koncentratorów w okresie dzierżawy i dopuści przegląd aparatów co 12 miesięcy?

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Prezesa NFZ nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej – przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów.”

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2**

„Czy zamawiający dopuści urządzenie którego poziom hałasu wynosi maksymalnie 48 dB, o przepływie tlenu od 0,5 do 5 l/min. i o stężeniu tlenu 93% +/- 3% i wadze 14,5 kg?”

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie 3**

„Czy zamawiający dopuści urządzenie którego poziom hałasu wynosi maksymalnie 45 dB, o przepływie tlenu od 1 do 5 l/min. i o stężeniu tlenu 92% +/- 3% i wadze 14 kg?”

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie 4**

„Czy zamawiający może określić teren/obszar (powiat, województwo) na którym będą wykorzystywane urządzenia?”

**Odpowiedź:**

Województwo małopolskie i świętokrzyskie.

**Pytanie 5**

„Czy zamawiający zamierza magazynować urządzenia w swojej placówce?”

**Odpowiedź:**

Nie.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 19.03.2021 r.