

Proszowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w Warszawie
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiający Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice
e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

Odwołujący GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

Przystępujący po stronie Zamawiającego:

Siemens Healthcare Sp. z o. o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb montażu aparatów i wykonanie prac remontowych zmieniających funkcjonalność pomieszczeń.

Numer referencyjny: 20/ZP/2021
Sygnatura KIO : 2473/21

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego w odpowiedzi na Odwołanie GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa z dnia 20.08.2021r. wyjaśniam.

1) Dotyczy pkt B 10 Załącznika Nr 2a do SWZ

Zamawiający w związku z udzielanymi odpowiedziami dokonał zmiany pkt B10 w następujący sposób:

10	Kamera do obserwacji zachowań pacjenta po ułożeniu i spozycjonowaniu go na stole aparatu, z funkcją zbliżenia widoku z możliwością podglądu ze stanowiska technika (konsola operatora)	TAK, opisać		Kamera niezintegrowana z gantry aparatu – 0 pkt. Kamera zintegrowana z gantry aparatu – 2 pkt
----	--	-------------	--	--

2) Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2a do SWZ w pkt E 94 w poniższy sposób:

94	Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all)	TAK, opisać/ NIE		Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt
----	--	---------------------	--	----------------------------

3) Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2a do SWZ w pkt E 97 w poniższy sposób:

97	Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów.	TAK, opisać/ NIE		Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt
----	--	---------------------	--	----------------------------

4) Zamawiający uwzględnił Odwołanie w zakresie zarzutu ujętego w Załączniku Nr 2a do SWZ w punkcie E 110 Odwołania i usuwa parametr określony w pkt E110 w całości.

5) Zamawiający nie uwzględnił zarzutów i podtrzymuje zapis w pkt D69 i D 70 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający dokonuje przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zakupu tomografu komputerowego (CT/TK) w związku z prowadzoną działalnością leczniczą i planami jej rozszerzenia w tym dla potrzeb Izby Przyjęć. Diagnostyka CT w nagłych przypadkach np. w popularnych urazach kręgosłupa czy klatki piersiowej wymaga szybkiego działania pod presją czasu w obliczu niejednokrotnego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. W tym kontekście można niewątpliwie uznać za przydatne rozwiązania, w tym na konsoli technika, które umożliwiają szybsze podejmowanie diagnostycznych i terapeutycznych decyzji już przy aparacie (współpraca technika wykonującego badanie, lekarza radiologa nadzorującego jego wykonanie oraz personelu medycznego, pod opieką którego znajduje się pacjent) równoległe lub z wyprzedzeniem postawienia lub potwierdzenia diagnozy na dedykowanym stanowisku opisowym w oparciu o opisane funkcjonalności co znajduje odzwierciedlenie w premiowaniu ich zastosowanie (zaoferowania) w postaci punktacji. Brak zaoferowania tych rozwiązań nie uniemożliwia Odwołującemu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty.

6) Zamawiający nie uwzględnił zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt D68 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający premiuje rozwiązanie pozwalające potencjalnie przyspieszyć proces badania w warunkach szpitalnych, w szczególności Izby Przyjęć. Dopuszcza zaoferowanie aparatu bez tej funkcjonalności. Poza tym, zmiana proponowana przez Potencjalnego Wykonawcę/Odwołującego pozwala na zaoferowanie aparatu z możliwością wyłącznie ręcznej zmiany parametrów przez technika.

7) Zamawiający nie uwzględnił zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C 46 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający premiuje rozwiązanie dostępne na rynku – opisaną w wymaganiu funkcjonalność, bez której można złożyć odpowiednio konkurencyjną ofertę. Funkcjonalność opisana w wymaganiu może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed wykonaniem badania z niepożądanym metalowym elementem. Intencjonalnie wymaganie D57 dotyczy implantów/endoprotez (np. endoprotezy głowy kości udowej np. przy badaniu miednicy lub kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego), których to elementów metalowych, z oczywistych powodów znanych także Odwołującemu, nie da się usunąć w trakcie badania. Personel wielu pracowni diagnostycznych w Polsce może potwierdzić, że mimo upomnień oraz informacji dla pacjenta przed badaniem (o bezwzględnej konieczności pozbycia się „zdejmowalnych” elementów metalowych przed obrazowaniem) zdarza się, iż pacjenci zapominają, że takie posiadają lub wnoszą je często nieświadomie.

8) Zamawiający nie uwzględnił zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C30 Załącznika Nr 2a do SWZ. Parametr taki jak minimalny czas pełnego skanu/obrotu układu lampa-detektor 360° ma zastosowanie kliniczne w badaniach „szybkich” np. badaniach kardiologicznych i pozwala na zmniejszenie m.in. artefaktów ruchowych związanych z pracą serca.

9) Zamawiający nie uwzględnił zarzutu i podtrzymuje zapis w pkt C20 Załącznika Nr 2a do SWZ.

Zamawiający zwraca uwagę, że szybkość chłodzenia wpływa na żywotność lampy RTG jako źródła promieniowania X służącego do obrazowania. Odwołujący nie wyjaśnia przy dalszej argumentacji, że wzrost temperatury lampy RTG może być spowodowany przez wysokie, klinicznie wymagane parametry ekspozycji (czy to prąd/obciążenie prądowo-czasowe czy czas ekspozycji). Parametr ten jest związany

również z pojemnością cieplną lampy RTG oraz z temperaturą krytyczną, po osiągnięciu której lampa ulega uszkodzeniu/awarii (przegrzaniu). Im większa pojemność cieplna tym więcej ciepła potrzeba aby osiągnąć temperaturę krytyczną. Szybsze chłodzenie (HU/min) pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo osiągnięcia temperatury krytycznej. W trosce o sprawność aparatu i co za tym idzie bezpieczeństwo pacjenta oraz względy ekonomiczne Zamawiający ma prawo preferować stosowne rozwiązanie.

10. Dotyczy pkt C36 Załącznika Nr 2a do SWZ

Zamawiający w związku z udzielanymi odpowiedziami wykreślił pkt C 36.

Dotyczy pkt C 43 Załącznika Nr 2a do SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany pkt C43 w następujący sposób:

43	Minimalna rozdzielczość przestrzenna (izotropowa) dla trybu skanowania submilimetrowego nie mniejsza niż 0,33 [mm]	TAK, podać $\leq 0,33$ mm		0,33 mm - 0 pkt Poniżej 0,33 - 5 pkt
----	--	---------------------------	--	---

W stosunku do C43 – wg publicznie udostępnionych materiałów dotyczących właściwości aparatu, który może zostać zaoferowany Zamawiającemu w ramach przedmiotowego postępowania przez jednego z Potencjalnych Wykonawców/Odwołującego, pozwalają one osiągnąć 0,28mm przestrzennej zdolności rozdzielczej. Zamawiający punktuje zaoferowanie wyższej przestrzennej zdolności rozdzielczej (jaką oferuje jeden z Potencjalnych Wykonawców/Odwołujący w postaci punktów) określając w ten sposób rozdzielczość 0,33mm jako wystarczającą. Minimalna zalecana w wielu publikacjach to 0,5mm izotropowa. Zwraca uwagę, że w materiałach GE brak określenia, że podana rozdzielczość jest izotropowa.

Odnosnie zdolności rozdzielczej Zamawiający określił też wymaganie rozdzielczości wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y, (mierzonej w polu akwizycyjnym FOV=50 cm), która jest istotnym parametrem związanym z techniczną zdolnością do obrazowania zmian.

Załącznik Nr 2a – Parametry techniczne TK po zmianach w załączeniu.

Zamawiający nie uwzględnia zarzutów naruszenia Ustawy Pzp, uwzględnia zmiany w Załączniku 2a do SWZ w powyższym zakresie.