

**Uczestnicy
postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego
na
Dostawę lampy zabiegowej i stołu diagnostyczno - zabiegowego**

Pytanie 1

„Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 15 (diody białe)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

„Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści lampę z ilością diod LED – 12 (diody białe)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3

„Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

„Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

„Pakiet 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6

„Pakiet 1

PKT nr: 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową na statywie jezdnym wyposażonym w 5 kół (każde z hamulcem)?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

„Pakiet 1

PKT nr: 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową z kopułą o średnicy max 30,4 cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

„Pakiet 1

PKT nr: 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym lampę zabiegową ze stałą temperaturą barwową równą 4400 K?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

„Pakiet 1

PKT nr: 6

Prosimy o sprecyzowanie: czy Zamawiający pod pojęciem: „*Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)*” rozumie lampę z uchwytem wyposażonym w osłonę sterylną (2 szt.), z możliwością jej wielokrotnej sterylizacji np. parowej, służącą do regulacji średnicy pola zabiegowego oraz włączania/wyłączania lampy?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10 - Pakiet 2

„Czy zamawiający dopuszcza biały kolor stelażu w stole diagnostyczno-zabiegowym?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11

„Czy zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy stołu diagnostyczno-zabiegowego do 45 dni od momentu podpisania umowy? ”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

„Czy zamawiający wyraża zgodę na przeszkolenie z obsługi stołu diagnostyczno - zabiegowego w dniu dostawy? ”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13

„Czy zamawiający dopuszcza usunięcie wady/usterki w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze? ”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 04.01.2022 r.