

Uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 pn.
Dostawa oprzyrządowania do diatermii chirurgicznych, dostawa implantów do zabiegów
ortopedyczno-urazowych i dostawa jednorazowych narzędzi ultradźwiękowych
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2022

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„PAKIET 2

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki wąska AO jak poniżej

a	12,0 x 4,0 mm L-87 mm 5 otworowa
b	12 x 4,0 mm L-71 mm 4 otworowa
c	12 x 4,0 mm L-119 mm 7 otworowa
d	12 x 4,0 mm L-103 mm 6 otworowa

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2

„Pakiet 2

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera jak poniżej

a	fi-1.2 mm L-310 mm
b	fi-1.4 mm L-310 mm
c	fi-1,6mm L -310mm
d	fi-1.8 mm L-310 mm
e	fi-2.0 mm L-310 mm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

„Pakiet 2

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki samodociskowa wąska AO jak poniżej

a	12 x 4.0 mm L-103 mm 6 otowrowa
---	---------------------------------

b	12 x 4.0 mm L-87 mm 5 otworowa
c	12 x 4 mm L-119 mm 7 otworowa
d	12 x 4 mm L-135 mm 8 otworowa
e	12 x 4 mm L-167 mm 10 otworowa

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4

„Pakiet 2

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej - gniazdo heksagonalne AO”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

„Pakiet 2

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty trokar -gniazdo heksagonalne”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

„Pakiet 2

Czy zamawiający w pozycji 6 „wkręty do kości korowej- gniazdo krzyżowe wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem hexagonalnych?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy od daty podpisania umowy?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8

„Czy zamawiający może określić minimalny próg realizacji umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalny próg realizacji umowy w § 1 ust. 3 projektu umowy.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.08.2022 r.