



SZPITAL W PROSZOWICACH

Proszowice, dnia 29.08.2023 r.

Uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Pzp, pn. Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu
laboratoryjnego.
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2023

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Dot. Pakiet 2 testy 1

Czy Zamawiający dopuści inne konfekcjonowanie odczynników z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

„Dot. Pakiet 2 testy 1

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania Chlamydia trachomatis o czułości 90,2%, swoistości 96% względem PCR dla próbek wymazu z szyjki macicy u kobiet, czułości 77,8%, swoistości 92,1% względem PCR dla próbek wymazu z cewki moczowej u mężczyzn oraz czułości 92,6%, swoistości 95,2% względem PCR dla próbek moczu u mężczyzn?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

„Dot. Pakiet 2 testy 1

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania Giardia o czułości 100% i swoistości 95,2%?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

„Dot. Pakiet 2 testy 1

Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania kalprotektyny o czułości 96,9% oraz swoistości 85,4%?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

„Pakiet nr 1 - Mycoplasma, Ureaplasma

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 1 do pytań) zawierającego w opakowaniu 20 sztuk wraz z roztworem Mycoplasma Transport Broth na 20 oznaczeń i tym samym zaferowanie 10 takich opakowań?”



SZPITAL W PROSZOWICACH

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6

„Pakiet nr 4 - Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów

Czy Zamawiający dla pozycji nr 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań) zawierającego w opakowaniu 20 sztuk testu wraz 20 sztukami roztworu? Jeśli tak, to jaką ilość Zamawiający wymaga?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

„Pakiet nr 8 – Podłoża gotowe na płytkach, w próbkach

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża zawierającego w opakowaniu 20 sztuk i tym samym zaoferowanie 200 takich opakowań?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

„Pakiet nr 8 – Podłoża gotowe na płytkach, w próbkach

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 21 wymazówki w próbkach z podłożem transportowym Amies bez węgla 1 op. x 50szt?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

„Pakiet nr 17 – POJEMNIKI I WYMAZÓWKI

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 wyrazi zgodę na pojemników pakowanych po 50 sztuk?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia z terminem ważności nie krótszym niż $\frac{3}{4}$ deklarowanego okresu przydatności przez producenta? Podłoża gotowe na płytkach a tym bardziej te zawierające w swoim składzie krew lub sama krew nie będą nigdy spełniać wymogu terminu ważności min. 12 miesięcy, który zawarty jest w projekcie umowy.”

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 29.08.2023 r.