



# SZPITAL W PROSZOWICACH

---

Proszowice, dnia 02.02.2024 r.

**Uczestnicy**  
**postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego**  
**pn. Dostawa kardiostymulatora dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem**  
**Intensywnej Opieki Medycznej.**

Oznaczenie sprawy: 01/2024

## **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści kardiostymulator zewnętrzny bardzo oszczędny (o czasie użytkowania do 38 dni przy baterii alkalicznej), ultralekki (waga z baterią 170g) i poręczny (wymiary 60x115x20 mm) z płynną regulacją za pomocą pokręteł i następujących parametrach:

- Tryby stymulacji: A00, AAI, V00, VVI
- Częstość podstawowa 30 – 180 ppm
- częstość szybkiej stymulacji x2, x4 w zakresie 30 – 720 ppm w tym stymulacja asynchroniczna
- amplituda impulsu 0,3 – 12V
- szerokość impulsu 0,75 ms
- czułość 1,0 – 20 mV1,0?"

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 02.02.2024 r.