



SZPITAL W PROSZOWICACH

Proszowice, dnia 10.04.2024 r.

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Pzp,
pn. Dostawa Ambulansu sanitarnego typu B wraz z noszami głównymi
i transporterem.
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2024

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu wyposażonego w podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami, zamontowane zarówno na lewej, jak i prawej ścianie przedziału medycznego, gdzie aktywacja oświetlenia wewnątrz szafek odbywałaby się za pomocą dedykowanego przycisku, a nie automatycznie po otwarciu konkretnych drzwi szafki?”

Odpowiedź:

Tak. Odpowiedź udzielona na pytanie 21 z dnia 09.04.2024 r. traci moc.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego wyposażony w jeden podłokietnik?”

Odpowiedź:

Tak. Odpowiedź udzielona na pytanie 22 z dnia 09.04.2024 r. traci moc.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie szafek przedziału medycznego zamykanych drzwiczkami, zamiast rolet? Cała zabudowa, podobnie jak pozostałe elementy ambulansu, jest zgodna z normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie testów dynamicznych oraz spełnia wszystkie inne wymagane punkty tej normy?”

Odpowiedź:

Tak. Odpowiedź udzielona na pytanie 25 z dnia 09.04.2024 r. traci moc.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ambulansu wyposażonego w dodatkowe sygnały pneumatyczne w zamian za sygnały niskotonowe?”

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.04.2024 r.